



歯科用キャストイングワックス

ディーマ ワックス ブロック

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

dima Wax Block

CAD/CAMによる切削加工用のワックスブロック

- ヒートショック(急速加熱)での使用が可能です。
- ブロックの余剰部分を用いた追加築盛が可能のため、再調整が容易です。
- 焼却後の残渣がほとんどありません。



- 製品番号: 66079075
- 包装単位: 5個/箱
- サイズ: 76×40×20mm
- 色調: グレー
- 用途: クラウン、ブリッジ、フレームワーク用のろう型の製作
- 使用埋没材: リン酸塩系、クリストバライト系

販売名 デーマワックスブロック
 一般的名称 歯科用キャスト用ワックス
 分類 一般医療機器
 届出番号 23B1X10001C07022

関連機器

カーラ スキャン 4.0 (CAD/CAM用スキャナー)



製品番号: 66069511
 旧製品番号: F1389

販売名 カーラ スキャン 4.0
 一般的名称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060900023

DWX-4 (CAD/CAM用ミリングマシン)



製品番号: 66078802
 旧製品番号: F1365

販売名 歯科用CAD/CAMマシン DWX-4
 一般的名称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
 分類 一般医療機器
 届出番号 22B3X10006000050

■ お問い合わせとご用命は…

■ 販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
 名古屋営業所 〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
 大阪営業所 〒590-0982 堺市堺区海山町4-174 TEL.072-242-6410
 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 TEL.092-472-0720