

- 滅菌ドレープやサージカルガウンを使用しない場合、医療従事者や患者の着衣および周囲の環境からの交差汚染のリスクが高まり、治癒過程や手術の成功に支障をきたす可能性があります。
- インプラント手術においては交差汚染が発生した場合、オッセオインテグレーション*が損なわれやすくなると言われています。

※オッセオインテグレーション:骨とインプラントが直接結合する現象で、インプラント治療の成功に大きく寄与します。

手術や処置でのドレーピング準備用パック

「セーフドレープ 歯科用 サージカルドレープパック 滅菌済」は、

手術や処置で使用する感染対策に必要なディスポーザブル製品を1つにまとめて滅菌したパックです。 医療従事者と患者の双方が安心できる手術環境の準備のてお手伝いをいたします。

- ●サージカルガウン 2着 ●ユーティリティードレープ 3枚 ●患者用穴あきドレープ 1枚
- ●ドリルスリーブ 4枚 ●スーチャーバッグ 1枚 ●梱包材 1枚 ●アルミホイル 4枚





SafeDrape [セーフドレープ] 歯科用 サージカルドレープパック 滅菌済

発注や在庫管理の負担を軽減

口腔外科手術に必要な滅菌ガウンや滅菌ドレープなどがひとまとめになっているため、準備時間の短縮や購入管理の簡略化につながり、準備漏れのリスクも軽減できます。





サージカルガウン 2着

術者及びその被服を血液・体液などの汚染から保護するために着用する、術者用の手術用ガウン。SMS不織布(5層)

サイズ詳細は下記参照ください



ユーティリティードレープ 3枚

無菌域を確保するために、さまざまな用途で使用可能。 固定できるテープ付 60cm×80cm



患者用穴あきドレープ 1枚

患者の術野以外を覆い、術野へのコンタミネーションや汚染などのリスクを防ぐ 固定テープ付 サイズ詳細は下記参照ください



ドリルスリーブ 4枚

ハンドピースやバキュームなどの 器材に被せて使用 8cm×120cm



スーチャーバッグ 1枚

縫合糸の廃棄などに使用可能な 透明プラスチックバッグ 78×105cm



梱包材 1枚

内容物を梱包するための不織布。 器械台カバーとしても使用可能 120×120cm



吸水、防滴素材


アルミホイル 4枚


無影灯のハンドルなどに 巻いて使用可能 16×22cm

サイズ詳細

サージカルガウン







品名:セーフドレープ 歯科用 サージカルドレープパック 滅菌済

160cm

品番	カラー	ガウンサイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
JSP810093	ブルー	М	1セット	5パック	4894476036450

販売名:セーフドレープ 歯科用 サージカルドレープパック 滅菌済 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000067

販売代理店

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

[代 表] TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323 [メディカル事業部] TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112 [デンタル事業部] TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074 [コンウューマー/イクラスルワルネネネサ] TFI:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【エンシューマー/イソダストリアル神美部】 TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323 【Eコマース/カタログ神美部】 TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323 サイトはこちらから



info@medicom-japan.com 🌐 www.medicom-japan.com